

# 单一来源采购文件

采购人：中国医学科学院皮肤病医院

项目名称：中国医学科学院皮肤病医院贝克曼流式  
细胞分选 MoFlo XDP 仪维保服务采购项目

项目编号：DL203223M22201

采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

二〇二三年十二月

# 第一章 单一来源采购邀请函

南京凯创生物技术有限公司：

我公司受中国医学科学院皮肤病医院委托，根据相关法规对中国医学科学院皮肤病医院贝克曼流式细胞分选 MoFlo XDP 仪维保服务采购项目(本次采购预算为 54 万元)进行单一来源采购，现邀请贵单位参加谈判，并请注意以下事项：

一、单一来源项目名称：中国医学科学院皮肤病医院贝克曼流式细胞分选 MoFlo XDP 仪维保服务采购项目

二、单一来源采购编号：DL203223M22201

三、单一来源采购项目说明：中国医学科学院皮肤病医院贝克曼流式细胞分选 MoFlo XDP 仪维保服务采购项目

四、采购响应人资质要求：

(1) 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；响应人为自然人的，提供其身份证）；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2022 年度财务报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（响应人根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据；并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））；

(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

(6) 法律、行政法规规定的其他条件

(11) 落实政府采购政策需满足的资格要求： /

(12) 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明： /

(13) 第 2.1（5）条所称重大违法记录，是指响应人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

(14) 响应人在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

(15) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的响应人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

(16) 拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人参与政府采购活动。采购代理机构将在开标结束后，通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站等渠道查询响应人信用记录并保存。

#### 五、采购文件获取信息：

(1) 凡有意参加响应者，请于**2023年12月5日8时30分至2023年12月7日17时30分(北京时间，下同)**，登录e交易平台下载电子采购文件。下载者应充分考虑平台注册、信息检查、资料上传、下载确认、费用支付所需时间，下载者必须在前述时间段内完成支付，否则将无法保证获取电子采购文件。

(2) e交易平台（以下简称平台）网址为：<http://www.ejy365.com/>。下载者首次登录平台前，须前往平台免费注册，平台将对下载者注册信息与其提供扫描件信息进行一致性检查。注册为一次性工作，以后若有需要可变更及完善相关信息；注册成功后，可以及时参与平台上所有发布的采购项目。

(3) 下载者应充分考虑平台注册、信息检查、资料上传、购标确认所需时间，下载者必须在获取时间内完成获取采购文件。未按照本公告要求获得本项目采购文件的，招标代理机构不予接收其响应文件。

(4) 平台网站首页“帮助中心”提供操作手册，下载者可以下载并根据操作手册提示进行注册、登录等操作。易交易平台技术支持联系方式

供应商技术支持热线：400-828-0799（工作时间：9:00-11:30, 13:30-19:00）

供应商项目参与操作说明：

<https://www.ejy365.com/upload/link/2022/08/30/48e1dd12-5050-4bbf-bfc9-a0d7a037ba1c.pdf>

技术支持服务态度不满意投诉热线：400-828-0799 转 0。

六、投标保证金交纳办法：不需要

七、响应文件份数：一式叁份（壹份正本、贰份副本），电子版1份，每份响应文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。

八、供应商应提供**电子版响应文件**并且单独密封（一般应为PDF格式、U盘形式、

随纸质正本文件一并提交)。当电子版文件和纸质正本文件不一致时,以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和平台存档,供应商需承担前述不一致造成的不利后果。

九、本次采购,成交供应商按参照《招标代理服务费管理暂行办法》(国家发展计划委员会计价格【2002】1980号)代理服务招标收费基准费率60%计算。

十、谈判时间:2023年12月8日9点30分(北京时间)。

十一、递交谈判文件地点:供应商须在递交谈判文件截止时间前,即2023年12月8日9:30之前,将谈判文件密封好,自行前往我公司递交谈判文件的,接收文件地点为:南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D座11楼3号开标室。

十二、项目联系信息:本项目由姜少华负责,咨询电话为025-86636512、13739192019。

## 第二章 采购需求

### 一、项目基本情况

#### 1. 一套贝克曼流式细胞分选 MoFlo XDP 仪原厂维保

中国医学科学院皮肤病医院（中国医学科学院皮肤研究所）目前有分选型 MoFlo XDP（序列号：BA09007）流式细胞仪设备 1 台，品牌为贝克曼，型号：MoFlo XDP，需购买两年的原厂维修保养全包服务（含 406nm、488nm 和 641nm 激光），包括零配件更换和免费维修保养，以使设备能够正常良好地运转。

### 二、设备清单

序号	设备名称	型号	设备状况简要说明
1	分选型流式细胞仪	MoFlo XDP	仪器需保养保修，保证仪器正常运转

### 三、维保服务要求

1. 每年履行至少 1 次定期维护检查计划（包括机器清洁，安全、性能测试及校准，必要的机械或电气的检查，非紧急性质的预防性维护以及确保系统按照制造商的产品规格运行的其他维护），维护时间由采购人指定，在标准工作时间内进行。

2. 整个服务期间内，保证在标准工作时间内，设备的开机率达 95%以上。

3. 若有产品升级，在标准工作时间内进行。

4. 服务期间，维修工作时间不包含周末和其他非标准工作时间。

5. 服务期间，服务商提供维保中所需的全部配件及耗材，且保证配件及耗材均为全新且原厂生产，保证产品质量。

6. 提供 400 免费电话技术支持。

7. 在标准工作时间内，提供免费邮件技术支持。

8. 提供无限次维修电话、邮件技术支持。

9. 用户报修后，要求供应商 24 小时内响应；电话不能解决问题时，需工程师 48 小时内到达现场；两周内不能彻底解决问题的，厂家需提供延迟保修作为补偿。

10. 每合同年度为机器提供预防性保养： $\geq 2$  次专业维护保养（含保养耗材），并提交维护保养报告。

#### 四、项目验收

服务期满后，卖方需提供完整的服务报告，内容至少包括：维修、维护、保养记录，零备件易损件的耗费数量，设备升级记录，重大故障排除记录（如有），期满后设备总体状况评估（包括测试数据等）。

## 第三章合同条款及格式

买方：（采购人）

卖方：

采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

一、说明：

受买方委托，采购代理机构于 年 月 日组织了医学科学院皮肤病医院贝克曼流式细胞分选 MoFlo XDP 仪维保服务采购项目的国内招标，经评委认真严格地评审，确定由卖方中标。

二、合同条款：

合同由买卖双方签订，并依据招标文件规定，按下列合同条款买方同意购入，卖方同意卖出下列服务与产品。

1、服务与产品内容。

详见第二章采购需求。

2、合同总价（大写）： 。

（小写）： 。

2.1 投标报价，应包括本次招标范围内全部服务与产品费用及投标人认为需要的其他费用等。

2.2 在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在卖方投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付买方使用的时间。

**3、交付使用时间：。**

4、收货人：买方指定人员。

5、交付地点：买方指定地点。

6、买方付款方式及期限：

7、验收：买方组织验收，达到验收标准，则验收合格。

8、维保期及售后服务

详见第二章采购需求。

9、技术资料

按第二章采购需求中的要求提供相关资料。

10、卖方的违约责任

10.1 卖方未按合同规定的质量要求交货，买方有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由卖方赔偿。

10.2 卖方逾期交付（包括整修、返工、补交或由买方提出更改、卖方承诺，但未在承诺的工期内完成等）应向买方偿付违约金，每逾期 1 天，按合同总价的万分之五偿付违约金。

10.3 卖方不能交付或不能完成合同，卖方双倍返还买方已支付的货款。

10.4 本合同所有货物的制造及安装，都必须由卖方自己或投标文件中明确的单位承担，不得分包给其他单位，否则，买方有权按卖方不能交付或不能完成合同处理。

10.5 卖方履行义务不符合合同约定时，买方将扣减 10%尾款。

11、买方的违约责任：买方未按合同规定的时间和要求向卖方提供相关服务条件等，卖方交付时间顺延。

12、买方使用卖方提供的服务，当受到第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉时，一切后果由卖方负责。

13、合同的生效：本合同一式六份，自买卖双方签字、盖章之日起生效。招标文件和投标文件都是合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力，如有冲突，由买方负责解释。

14、未尽事宜、双方协商解决。如协商不能达成一致，则任何一方均可将争议提交签约地人民法院诉讼解决。

买方：

（盖章）

授权代表：

电 话：

传 真：

地 址：

卖方：

（盖章）

授权代表：

电 话：

传 真：

地 址：



## 第四章 单一来源谈判响应文件格式

### 1、报价表

采购编号：DL203223M22201

项目名称：中国医学科学院皮肤病医院贝克曼流式细胞分选 MoFlo XDP 仪维保服务采购项目

项目名称	项目报价（元）	项目负责人	备注

供应商全称：（公章）

法定代表人（或授权代表）签名：

2023 年 月 日

## 2、分项报价表（如有）

采购编号：DL203223M22201

项目名称：中国医学科学院皮肤病医院贝克曼流式细胞分选 MoFlo XDP 仪维保服务采购项目

项 目	服务费（含服务描述）	金额（元）

供应商全称：（公章）

法定代表人（或授权代表）签名：

2023 年 月 日

### 3、技术（服务）偏离表

序号	品名	原主要条款描述 (一、技术规格、参数及其他要求)	供应商描述	偏离情况
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

供应商全称：（公章）

法定代表人（或授权代表）签名：

注：①此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

②供应商根据系统方案添加的设备、材料等也请列出。

③是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

④供应商必须仔细阅读本采购文件“一、技术规格、参数及其他要求”中所有技术规范条款和相关功能要求，并对技术参数和功能出现正负偏离的条目列入上表，未列入上表的视为完全响应该谈判文件要求。供应商必须根据所投货物、工程或服务的实际情况如实填写，谈判小组如发现虚假描述的，该响应文件视为无效。

⑤若响应文件中出现技术参数和功能与此表表述不一致的，以此表为准。

⑥若本项目有多个包的，则每个包须分别填写此表，并注明包号。

#### 4、商务条款偏离表

序号	项目	原商务主要条款描述	供应商的承诺或说明	偏离情况
1	付款方式			
2	服务要求			

供应商全称（公章）：

法定代表人（或授权代表）签名：

注：

- ①此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
- ②供应商根据项目添加的服务承诺、培训等也请列出。
- ③是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。
- ④供应商必须仔细阅读本采购文件“四、合同主要条款”中所有商务条款和相关服务要求，并对所有商务条款和服务要求偏离的条目列入上表。供应商必须根据所将提供服务的实际情况如实填写，谈判小组如发现虚假描述的，该响应文件视为无效。
- ⑤若本项目有多个包的且服务相同的，则只需填写一份此表，并注明“所有包”。否则每个包须分别填写此表，并注明包号。

## 5、法人授权委托书

### 法定代表人授权委托书

致：江苏省设备成套股份有限公司

本授权书声明：注册于\_\_\_\_\_（投标人住址）的\_\_\_\_\_（投标人名称）法定代表人\_\_\_\_\_（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的\_\_\_\_\_（投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的\_\_\_\_\_（项目名称），\_\_\_\_\_（项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日 期： 年 月 日

法定代表人及委托代理人的身份证的复印件：

## 6、项目服务及实施方案

## 7、无重大违法记录声明格式

### 无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期：年月

## 8、其他资料